

Relatório de Itens Cancelados/Fracassados/Desertos

Processo

Número: 9/2022-043FMS
Modalidade: Pregão Eletrônico
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo interno: 078/2022/ADM
Abertura: 11/08/2022 - 09:00
Município: Tucumã

Itens

Código	Produto	Quantidade	Situação
0005	BALANÇA PARA LABORATÓRIO.: Especificação : Balança para laboratório com função de contagem de peças, display analógico de LCD. Capaz de realizar conversão de unidades,Utiliza mecanismo eletromagnético de precisão. Capacidade mínima de 2200g. Leitura de 0,01g	3 UN	Fracassado
0012	ESTUFA DE CULTURA: Especificação : MATERIAL DE CONFEÇÃO/CAPACIDADE/TEMPERATURA ATÉ 70°C/PORTA INTERNA (VIDRO TEMPERADO) AÇO INOXIDÁVEL/DE 20 ATÉ 50L/POSSUI/POSSUI	1 UN	Fracassado
0013	ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO: Especificação : MATERIAL DE CONFEÇÃO/CAPACIDADE/TEMPERATURA MÍNIMA DE 200°C/PORTA, AÇO INOXIDÁVEL/DE 81 ATÉ 100L/POSSUI/POSSUI	2 UN	Fracassado
0015	CAPELA DE FLUXO LAMINAR: Especificação : Equipamento de fluxo unidirecional para a manipulação de materiais não contaminados. Construída externamente em chapa de aço tratada com revestimento em epóxi eletrostático e plataforma em aço inoxidável. Sistema de ventilação tipo siroco. Filtro absoluto do tipo HEPA, plissado e emoldurado em aço galvanizado com eficiência de 99,99% na retenção de partículas de até 0,3 micras, pré-filtro plissado sintético. Filtro HEPA: FEA 919 plissado. Display digital, indicador da pressão diferencial do filtro absoluto HEPA, horímetro que indica minutos e horas corrido de funcionamento da cabine e outros parâmetros. Iluminação da área de trabalho com lâmpada fluorescente e lâmpada germicida. Dimensões mínimas: 600 x 450 x 75mm.	1 UN	Fracassado

