

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Prefeitura Municipal de Tucumã
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Pregão Eletrônico - 9/2023-079FMS

Resultado da Adjudicação

Item: 0001 - SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO DR COM ESTAÇÃO FIXA - ESPECIFICAÇÃO : SISTEMA DIGITALIZADOR DIRETO COM CONEXÃO ENTRE DETECTOR DIGITAL E O CONSOLE DE AQUISIÇÃO REALIZADA SEM FIO E ADAPTÁVEL AO EQUIPAMENTO DE RAIO-X FIXO ANALÓGICO EXISTENTES NA INSTITUIÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ROTINA E/OU EMERGÊNCIA, COM DETECTOR POSICIONADO NA GAVETA/BUCKY OU FORA DO MESMO; CADA SISTEMA DEVERÁ SER COMPOSTO DE: 01 DETECTOR FLAT PANEL (FPD - FLAT PANEL DETECTOR); 01 CARREGADOR DA FONTE DE ENERGIA (BATERIA, CAPACITOR OU SIMILAR) DO DETECTOR; 01 CONSOLE DE AQUISIÇÃO, VISUALIZAÇÃO E MANIPULAÇÃO DE IMAGENS; TODOS OS CABOS E CONECTORES NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. ESPECIFICAÇÕES DO DETECTOR FLAT PANEL: TECNOLOGIA DE DETECTOR FLAT PANEL SEM FIO COM ÁREA ATIVA MAIOR OU IGUAL A 35X43CM; DETECTOR DE ESTADO SÓLIDO, PARA CONVERSÃO DE RAIO-X EM SINAL ELÉTRICO, UTILIZANDO CINTILADOR DE CS (IODETO DE CÉSIO); TAMANHO DO PIXEL MENOR OU IGUAL A 150 UM (MÍCRONS); MATRIZ DO DETECTOR MAIOR OU IGUAL A 2300 X 2800 PIXELS; CAPACIDADE DE INSERÇÃO DO DETECTOR NA GAVETA DA MESA E BUCKY MURAL, BEM COMO REALIZAÇÃO DE EXAMES FORA DA GAVETA/BUCKS; DETECTOR COM FONTE ENERGIA (BATERIA, CAPACITOR OU TECNOLÓGIA SIMILAR), COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 HORAS DE EXAME OU 200 IMAGENS POR CARGA; EM CASO DE BATERIA EXTERNA, ALÉM DA BATERIA INTEGRANTE DO DETECTOR, O CONJUNTO DEVERÁ ACOMPANHAR 1 UNIDADE DE BATERIA EXTRA POR DETECTOR; UM CARREGADOR DA FONTE DE ENERGIA (BATERIA, CAPACITOR OU SIMILAR) DO DETECTOR, DEVE SER PARTE INTEGRANTE DO CONJUNTO; ARMAZENAMENTO INTERNO NO PRÓPRIO DETECTOR DE NO MÍNIMO 180 IMAGENS; PESO MÁXIMO DO DETECTOR DE 3,6KG COM BATERIA; CAPACIDADE DE SUPORTAR 150KG OU MAIS DISTRIBUÍDOS SOBRE A SUPERFÍCIE DO DETECTOR. ESTRUTURA TOTAL OU PARCIAL EM FIBRA DE CARBONO. GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IPX1. CONSOLE DE AQUISIÇÃO, VISUALIZAÇÃO E MANIPULAÇÃO DE IMAGENS. MONITOR DE NO MÍNIMO 21" POLEGADAS E SENSÍVEL AO TOQUE (TOUCHSCREEN); - RESTANTE AO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I. - Quantidade: 1 Unidade - Valor Referência: 153.300,000

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA (71.256.283/0001-85)	Adjudicado em: 06/12/2023 - 16:08:03 - Por: José Augusto da Silva Fonseca	AERODR NS + DRYPRO SIGMA II	PRÓPRIA	1	102.000,000

José Augusto da Silva Fonseca

Pregoeiro

