

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Tucumã
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Pregão Eletrônico - 9/2023-088FMS

Resultado da Homologação

0001 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL.. : ESPECIFICAÇÃO: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL PEDIÁTRICA. COM DISPLAY DE LED OU CRISTAL LÍQUIDO DE NO MÍNIMO 5 DÍGITOS. COM GABINETE EM PLÁSTICO ABS INJETADO. NA COR BRANCA. COM CONCHA ANATÔMICA. CONFECCIONADA EM MATERIAL INOXIDÁVEL. ISENTO DE ARESTAS. NAS DIMENSÕES MÍNIMAS DE: 28 CM DE LARGURA. 48 CM DE PROFUNDIDADE. 8 CM DE ALTURA. COM COLCHONETE ALMOFADADO COM REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL E ATÓXICO (REMOVÍVEL). CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 15 KG. COM GRADUAÇÃO (PRECISÃO) DE NO MÍNIMO 05 GRAMAS. CONTENDO RÉGUA PARA MEDIÇÃO. BIVOLT. HOMOLOGADAS PELO INMETRO E AFERIDAS PELO IPEM. OS PRODUTOS DEVERÃO SER AFERIDOS E APROVADOS COM CERTIFICAÇÃO/SELO FORNECIDO PELO INMETRO. UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE - BALMAK/ ELP 25BBA - Valor Referência: 1.771,420

| Fornecedor | Modelo | Quantidade | Valor Final | Valor Total | Situação |
|--------------------------|-------------------|------------|-------------|-------------|---|
| T. V. NUNES LEAO MEDICAL | BALMAK/ ELP 25BBA | 1 Unidade | 1.400,000 | 1.400,000 | Homologado em 28/02/2024 09:49:09 Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA |

0002 - NEGATOSCÓPIO.. : ESPECIFICAÇÃO: NEGATOSCÓPIO DE DOIS CORPOS. COM SISTEMA DE ROLETE PARA FIXAR A CHAPA DE RAIO-X. PINTURA ELETROSTÁTICA DE ALTA DURABILIDADE. PARA FIXAÇÃO EM PAREDE. COR DO CORPO: BRANCO/PINTURA EPÓXI. DIMENSÕES: 700 MM X 70 MM X 450 MM. ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO 127/220V. FREQUÊNCIA: 50/60 HZ. ACIONAMENTO: CHAVE LIGA/DESLIGA (DUAS POSIÇÕES). ILUMINAÇÃO: FITA LED (6500K). ÁREA ILUMINADA (MM): 670 MM X 355 MM. PAINEL: POLIESTIRENO BRANCO LEITOSO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE - RS MÓVEIS - Valor Referência: 1.677,818

| Fornecedor | Modelo | Quantidade | Valor Final | Valor Total | Situação |
|--------------------------|-----------|------------|-------------|-------------|---|
| T. V. NUNES LEAO MEDICAL | RS MÓVEIS | 1 Unidade | 1.200,000 | 1.200,000 | Homologado em 28/02/2024 09:49:09 Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA |

0003 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTA : ESPECIFICAÇÃO: FABRICADA EXCLUSIVAMENTE PARA PESAGEM DE PESSOAS. COM CAPACIDADE DE PESAGEM DE ATÉ 200 KG. COM GRADUAÇÃO (PRECISÃO) DE, NO MÍNIMO 100 GRAMAS. COM DISPLAY DE LED OU CRISTAL LÍQUIDO DE NO MÍNIMO 4 DÍGITOS. COM PLATAFORMA COM REVESTIMENTO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE. COM ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO. COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA. NA COR BRANCA. COM PÉS REGULÁVEIS. COM PONTEIRA ANTIDERRAPANTE. COM KIT ANTROPOMÉTRICO: RÉGUA EM ALUMÍNIO ANODIZADO. RETRÁTIL. ESCALA NUMÉRICA CONSTRUÍDA EM CENTÍMETROS. COM GRADUAÇÃO (PRECISÃO) DE 0,5 CM. COM INDICADOR DE DEZENA (EM NÚMEROS MAIORES) A CADA 10 CM. COM CAPACIDADE DE MEDIÇÃO DE NO MÍNIMO 200 CM. COM CABEÇOTE TIPO DE ALIMENTAÇÃO: 220V OU BIVOLT. COM FREQUÊNCIA 60 HZ GARANTIA DE 12 MESES. MANUAL EM PORTUGUÊS. HOMOLOGADAS PELO INMETRO E AFERIDAS PELO IPEM. OS PRODUTOS DEVERÃO SER AFERIDOS E APROVADOS COM CERTIFICAÇÃO/SELO FORNECIDO PELO INMETRO. UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE - BALMAK/ BK 200 FAN - Valor Referência: 1.776,200

| Fornecedor | Modelo | Quantidade | Valor Final | Valor Total | Situação |
|--------------------------|--------------------|------------|-------------|-------------|---|
| T. V. NUNES LEAO MEDICAL | BALMAK/ BK 200 FAN | 1 Unidade | 1.776,200 | 1.776,200 | Homologado em 28/02/2024 09:49:09 Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA |

0006 - POLTRONA HOSPITALAR : ESPECIFICAÇÃO: POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL. COR VERDE ÁGUA. ESTRUTURA DEVE SER EM TUBOS DE 31,75 X 1,5 E 25,7 X 1,5 MM (NO MÍNIMO). ASSENTO, ENCOSTO, BRAÇOS E O DESCANSO PARA OS PÉS DEVEM SER ESTOFADOS EM ESPUMA D-28, REVESTIDOS EM COURVIM IMPERMEÁVEL, SENDO A ESPESSURA DA ESPUMA DO ASSENTO, DORSO E APOIO DOS PÉS DE NO MÍNIMO 0,10 CM O DESCANSO PARA OS PÉS DEVE SER ARTICULADO, COM EXTENSÃO CONCOMITANTE À INCLINAÇÃO DO ENCOSTO (MOVIMENTO SIMULTÂNEO ENCOSTO E PÉS) MOVIMENTOS: PÉS RECLINÁVEIS SIMULTANEAMENTE EM NO MÍNIMO 4 (QUATRO) POSIÇÕES ATRAVÉS DE SISTEMA MECÂNICO COM RETORNO ATRAVÉS DE AMORTECEDOR A GÁS DEVERÁ TER OS MOVIMENTOS: SENTADO, SEMI-SENTADO, DEITADO E TRENDELEMBURG. TODAS AS PARTES EM AÇO DEVEM PASSAR PELO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E RECEBER APLICAÇÃO DE PINTURA A PÓ COM SECAGEM EM ESTUFA PÓS DA POLTRONA DEVE CONTER 04 RODÍZIOS INDUSTRIAIS DE NO MÍNIMO 50 MM, SENDO DOIS DELES COM FREIOS E QUE DEVEM SUPORTAR NO MÍNIMO 150 KG DE CARGA DIMENSÕES EXTERNAS MÍNIMAS:1,60 X 0,78 X 0,47 M. DIMENSÕES INTERNAS MÍNIMAS: 1,60 X 0,56 M. UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE - RS MÓVEIS - Valor Referência: 2.910,425

| Fornecedor | Modelo | Quantidade | Valor Final | Valor Total | Situação |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|----------|
|------------|--------|------------|-------------|-------------|----------|



0007 - FOCO REFLETOR AMBULATORIAL... : ESPECIFICAÇÃO: REFLETOR PARABÓLICO. REGULÁVEL E FIXADO EM PEDESTAL MÓVEL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS E GINECOLÓGICOS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS I. CARACTERÍSTICAS GERAIS: 1. FOCO DE LUZ AUXILIAR PARA EXAMES CLÍNICOS E GINECOLÓGICOS 2. LÂMPADA DE LED 3. POTÊNCIA DA LÂMPADA DE LED DE 5W OU SUPERIOR 4. TEMPERATURA DE COR (KELVIN) DE 5.500 A 6.500 K 5. HASTE SUPERIOR FLEXÍVEL 6. PEDESTAL COM HASTE INFERIOR PINTADA TINTA EPÓXI 7. ALTURA VARIÁVEL 8. PINTURA EM EPÓXI BRANCA 9. BASE DO PEDESTAL COM NO MÍNIMO 04 RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE BORRACHA COM FREIO 10. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: BIVOLT AUTOMÁTICO (127/220VAC). II. ACESSÓRIOS 1. EMPRESA DEVERÁ FORNECER TODOS OS ACESSÓRIOS INDISPENSÁVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DO FOCO CLÍNICO. UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE - RS MÓVEIS - Valor Referência: 625,010

| Fornecedor | Modelo | Quantidade | Valor Final | Valor Total | Situação |
|--------------------------|-----------|------------|-------------|-------------|---|
| T. V. NUNES LEAO MEDICAL | RS MÓVEIS | 1 Unidade | 625,000 | 625,000 | Homologado em 28/02/2024 09:49:09 Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA |

0008 - CARRO DE CURATIVOS. : ESPECIFICAÇÃO: CARRO PARA CURATIVO SIMPLES EM AÇO INOX. ESTRUTURA TUBULAR. COM UMA PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO INOX E UMA BASE EM AÇO INOX COM QUATRO RODÍZIOS. COM COMPRIMENTO DE 0,75 CM. COM LARGURA DE 0,45 CM. COM ALTURA DE 0,82 CM E PESO APROXIMADO DE 8 KG. UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE - RS MÓVEIS - Valor Referência: 1.749,438

| Fornecedor | Modelo | Quantidade | Valor Final | Valor Total | Situação |
|--------------------------|-----------|------------|-------------|-------------|---|
| T. V. NUNES LEAO MEDICAL | RS MÓVEIS | 1 Unidade | 1.600,000 | 1.600,000 | Homologado em 28/02/2024 09:49:09 Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA |

0012 - DEA DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO : ESPECIFICAÇÃO: CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO COM TECNOLOGIAS DE CHOQUES BIFÁSICOS COM FORMA DE ONDA RETILÍNEA OU EXPONENCIAL TRUNCADA, COM CAPACIDADE DE APLICAR CHOQUES MÁXIMOS DE 200 JOULES A 360 JOULES. ANÁLISE AUTOMÁTICA DO RITMO CARDÍACO DO PACIENTE ATRAVÉS DE SISTEMA AUTOMÁTICO DE AVALIAÇÃO DO ECG QUE IDENTIFIQUE A NECESSIDADE DE CHOQUE E DETERMINAÇÃO DE CHOQUES QUANDO APLICÁVEL DE ACORDO COM PROTOCOLO INTERNACIONAL VIGENTE, OU CAPACIDADE DE REPROGRAMAÇÃO PARA O PROTOCOLO ATUAL PERMITINDO A UTILIZAÇÃO NOS MODOS SEMI-AUTOMÁTICO ONDE A ANÁLISE E CARGA SÃO REALIZADAS PELO EQUIPAMENTO OU MANUAL ONDE O MÉDICO PODE FAZER A ANÁLISE E SOLICITAR A CARGA DO EQUIPAMENTO, ORIENTADO POR COMANDO DE VOZ E POR TEXTO EM TELA DE CRISTAL LIQUIDA (LCD) AMBOS EM PORTUGUÊS. DEVERÁ POSSUIR DESFIBRILAÇÃO POR MEIO DE ELETRODO ADESIVOS REUTILIZÁVEIS (ADULTO) /DE USO ÚNICO (PEDIÁTRICO), COM ILUSTRAÇÃO DE CADA PÁ QUE ORIENTE O SOCORRISTA DO LOCAL CORRETO DE APLICAÇÃO DO PACIENTE PRÉ-CONECTADO AO DEA. TER CAPACIDADE DE DESFIBRILAÇÃO TANTO EM ADULTOS, COMO EM PACIENTES DE 01 (UM) A 08 (OITO) ANOS OU MENOS DE 25 KG POR ELETRODOS PEDIÁTRICOS QUE REALIZEM A REDUÇÃO DA ENERGIA ENTREGUE OU QUE ATIVE NO DEA O PROTOCOLO ESPECÍFICO PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS, COM ANÁLISE AUTOMÁTICA DA IMPEDÂNCIA TORÁCICA DO PACIENTE POSSUINDO ENERGIA CONFIGURÁVEL COM DOSE DE CHOQUE INICIAL DE 200 JOULES PARA ADULTOS E PARA CRIANÇAS NO MÍNIMO 50 JOULES, DE ACORDO COM O PROTOCOLO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA. DEVERÁ POSSUIR ALIMENTAÇÃO POR BATERIA DESCARTÁVEL DE LÍTIO MANGANÊS COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 300 CARGAS OU 12 HORAS DE MONITORIZAÇÃO CONTÍNUA DE ECG. - BeneHeart C2 - Valor Referência: 7.481,085

| Fornecedor | Modelo | Quantidade | Valor Final | Valor Total | Situação |
|---|--------------|------------|-------------|-------------|---|
| MATMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | BeneHeart C2 | 1 Unidade | 7.481,000 | 7.481,000 | Homologado em 28/02/2024 09:49:09 Por: RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA |

RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA

Autoridade Competente

